

WERKSKALIBRIERSCHEIN

Proprietary Calibration Certificate

Auftraggeber: **Aero Club Saar e.V.**
66646 Marpingen
 Kalibriergegenstand: **Plattformwaage**
 Typ: **Plattformwaage Max.500kg**
 Hersteller: **RHEWA**
 Ident.-Nr.: **020985**
 Kalibrierverfahren: **QMK 202**
Istmaßangabe

Kalibrierschein-Nr.: Certificate - No.: 01.19.035766

Seite 1 von 2

Auswertung

Nr.	Kalibriermerkmal Kalibrierschritt	Einh.	Sollwert	u. Tol. o. Tol.	Istwert	Abw.	Bewertung
1	Plattformwaage Nr.1 Sicht u.Funktion						verwendbar
2	Meßp. 1 5,0 kg	kg	5,0		5,0	0,0	
3	Meßp. 2 80,0 kg	kg	80,0		80,4	0,4	
4	Meßp. 3 200,0 kg	kg	200,0		200,2	0,2	
5	Meßp. 4 350,0 kg	kg	350,0		351,2	1,2	
6	Meßp. 5 400,0 kg	kg	400,0		399,8	-0,2	
7	Meßp. 6 450,0 kg	kg	450,0		449,5	-0,5	
8	Meßp. 7 500,0 kg	kg	500,0		501,0	1,0	
9	Plattformwaage Nr.2 Sicht u.Funktion						verwendbar
10	Meßp.1 5,0 kg	kg	5,0		5,0	0,0	
11	Meßp.2 80,0 kg	kg	80,0		80,6	0,6	
12	Meßp.3 200,0 kg	kg	200,0		200,4	0,4	

Bemerkung: as found data = as left data

Messunsicherheit (k=2): 0,5%

Temperatur: (20,0 ± 2,0) °C

rel. Luftfeuchte: (45 ± 20) %

Rückführung auf
nationale Normale:

Bezugsnormal: Druck- und Zugkraftaufnehmer / GTM 10 kN / Ident-Nr. 6098 / 8340-D-K-15106-01-00
2017-11
Bezugsnormal: Druck- und Zugkraftaufnehmer / GTM 100 kN / Ident-Nr. 8112 / 9018 D-K-15106-01 2018-08

Auswertung: **einsatzfähig**

Hinweis: Die Auswertung wurde gemäß Kundenvereinbarung ohne Berücksichtigung der Messunsicherheit durchgeführt.

Kalibrierort: Temeka GmbH - Lebacher Straße 60 - 66265 Heusweiler/Eiweiler


Datum : 07.06.2019

Bearbeiter: F. Manglkammer

Unterschrift:



Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weitergegeben werden. Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit.



Kalibrierschein-Nr.:
Certificate - No.:

01.19.035766

Seite 2 von 2

Nr.	Kalibriermerkmal Kalibrierschritt	Einh.	Sollwert	u. Tol. o. Tol.	Istwert	Abw.	Bewertung
13	Meßp.4 350,0 kg	kg	350,0		350,8	0,8	
14	Meßp.5 400,0 kg	kg	400,0		401,2	1,2	
15	Meßp.6 450,0 kg	kg	450,0		449,9	-0,1	
16	Meßp.7 500,0 kg	kg	500,0		500,1	0,1	
17	Blattformwaage Nr.3 Sicht u.Funktion						verwendbar
18	Meßp.1 5,0 kg	kg	5,0		5,0	0,0	
19	Meßp.2 80,0 kg	kg	80,0		80,2	0,2	
20	Meßp.3 200,0 kg	kg	200,0		200,2	0,2	
21	Meßp.4 350,0 kg	kg	350,0		351,8	1,8	
22	Meßp.5 400,0 kg	kg	400,0		400,2	0,2	
23	Meßp.7 450,0 kg	kg	450,0		450,2	0,2	
24	Meßp. 10000 kg	kg	500,0		501,4	1,4	

Dieser Kalibrierschein darf nur vollständig und unverändert weitergegeben werden. Kalibrierscheine ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit.

- Ende des Kalibrierscheins -